

Opatření pro uživatele testovacích proužků Accu-Chek® Inform II / Accu-Chek® Performa

- Uživatelům doporučujeme, aby před použitím vždy tubu s testovacími proužky Accu-Chek® Inform II / Accu-Chek® Performa zkontrolovali. Prosíme, nepoužívejte testovací proužky, pokud

- ➔ je tuba otevřená nebo poškozená před prvním použitím testovacích proužků,
- ➔ víčko není zcela uzavřeno, →
- ➔ všimnete si jakéhokoli poškození víčka nebo tuby, nebo cokoli brání tomu, aby se víčko řádně uzavřelo.



- Prosíme, neprovádějte kontrolní testování dle pokynů v návodu pro použití
- Pokud máte výrobek s tímto poškozením, prosíme, abyste testovací proužky bezodkladně zlikvidovali.
- Roche Diabetes Care poskytne náhradu testovacích proužků uživatelům, kteří zakoupili tuby, které se otevřely, přestože byly v zapečetěném obalu. Náhradu od Roche Diabetes Care obdržíte, pokud zavoláte na bezplatnou zákaznickou linku Roche Diabetes Care 800 111 800.